proximos
L'ACCOMPAGNEMENT PHARMACEUTIQUE

36 av. Cardinal-Mermillod
1227 CAROUGE
Tél. 022 420 64 80
Fax 022 420 64 81
contact@proximos.ch

Version octobre 2011

MODES D'EMPLOI DES APPAREILS

MEDELA BASIC



proximos
L'ACCOMPAGNEMENT PHARMACEUTIQUE

36 av. Cardinal-Mermillod
1227 CAROUGE
Tél. 022 420 64 80
Fax 022 420 64 81
contact@proximos.ch

En cas de questions ou de problèmes, veuillez vous adresser à Proximos. Pour des raisons d'hygiène et pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil, il est indispensable de l'entretenir comme suit :

<u>1 fois par jour :</u> rincer le bocal, le couvercle, le tuyau avec raccord et l'embout d'aspiration à l'eau tiède du robinet.

<u>1 fois par semaine :</u> après un rinçage, procéder à une désinfection en immergeant le bocal, le couvercle, le tuyau avec le raccord d'aspiration fingertip et l'embout d'aspiration dans une solution désinfectante à base de Sterinova : dans un bac ou un récipient non métallique, dissoudre 1 pastille de Sterinova pour 2,25 litres d'eau froide du robinet.
Laisser tremper pendant 30 minutes, puis égoutter et remonter l'ensemble.
Essuyer les salissures de l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

<u>1 fois par mois :</u> après désinfection du bocal, du couvercle, changer le tuyau et les accessoires (raccord et embout) ; l'ancien tuyau et les accessoires peuvent être jetés à la poubelle.

Ces accessoires peuvent être commandés chez :

PROXIMOS

36, avenue Cardinal-Mermillod, 1227 Genève
Tél. : 022 420 64 80   Fax : 022 420 64 81



36 av. Cardinal-Mermillod
1227 CAROUGE
Tél. 022 420 64 80
Fax 022 420 64 81
contact@proximos.ch

TABLE DES MATIERES

proximos
L'ACCOMPAGNEMENT PHARMACEUTIQUE

36 av. Cardinal-Mermillod
1227 CAROUGE
Tél. 022 420 64 80
Fax 022 420 64 81
contact@proximos.ch

1. ASTUCES ET REMARQUES

- Mettre toujours un peu d'eau du robinet au fond du grand bocal de manière à éviter que les secrétions ne collent au bocal, ce qui permet aussi un nettoyage plus facile.
- Pour sélectionner le vide désiré, appuyez sur le bouton afin de le faire tourner.
- Il est possible d'installer si besoin des poches à usage unique de 1 ou 2.5 litres.
- Si le filtre vient à être mouillé et que le petit bocal contient de l'eau, changez-le. En cas de doute, retirer le petit tuyau et mettre en marche l'aspirateur au maximum, la valeur du manomètre ne doit pas dépasser 10kPa.
- L'utilisation de l'aspirateur Basic est réservée aux personnes formées par Proximos ou au personnel soignant qualifié et formé à cet effet. Il y a la possibilité de venir chez Proximos pour un cours de formation sur les techniques de manipulations de cette pompe.
- Ce mode d'emploi est inspiré du mode d'emploi du fabricant. Pour toutes informations supplémentaires ou pour obtenir le mode d'emploi complet veuillez contacter Proximos ou le fabricant directement

36 av. Cardinal-Mermillod
1227 CAROUGE
Tél. 022 420 64 80
Fax 022 420 64 81
contact@proximos.ch


2. DESCRIPTION GENERALE ET MISE EN MARCHE

Le Basic est destiné à être utilisé dans le domaine médical pour aspirer des sécrétions, des liquides corporels et des corps étrangers dans les cavités nasales, pharyngée et trachéale. Cet aspirateur médical convient pour un usage à domicile ou à l'hôpital.

La pompe d'aspiration Basic ne nécessite aucune maintenance mais il est recommandé d'effectuer les tests fonctionnels avant chaque utilisation. Le moteur du Basic ne contient aucune pièce qui puisse être réparée par l'utilisateur.

Avertissement : Veuillez nous contacter si vous utiliser cet appareil pour une aspiration prolongée.

2.1. Liste des commandes et indicateurs




36 av. Cardinal-Mermillod
1227 CAROUGE
Tél. 022 420 64 80
Fax 022 420 64 81
contact@proximos.ch

2.2. MISE EN MARCHE




1. Mettre l'appareil en marche.



2. Sélectionner le vide désiré en tournant le bouton.

3. Raccorder le tuyau patient avec réglage fin au doigt si nécessaire (image ci-contre).



4. Fixer la sonde d’aspiration adéquate

   • Ajuster l’aspiration en accord avec les instructions du spécialiste
   • Ne pas toucher la peau! Libérer l‘aspiration
   • Niveau de liquide max. de 1000 ml ou plus selon taille du bocal (arrêt automatique)
   • Vider régulièrement le récipient

36 av. Cardinal-Mermillod
1227 CAROUGE
Tél. 022 420 64 80
Fax 022 420 64 81
contact@proximos.ch

3. ALARMES ET PROBLEMES TECHNIQUES

Le moteur ne fonctionne pas	Vérifier la connexion de l'aspirateur sur le secteur, mettre en marche l'aspirateur
Vide insuffisant	Vérifier la bonne sélection du vide, l'état du tuyau, du raccord et de la sonde d'aspiration (obstacles, plis), vider le bocal s'il est plein, vérifier si le filtre fonctionne, l'absence de craquelures ou fissures sur l'appareil, le bocal.
Vide trop fort	Vérifier la bonne sélection du vide.

4. INSTRUCTION DE SECURITE

Un fonctionnement correct et fiable n'est garanti qu'avec les accessoires Medela. Lire toutes les consignes de sécurité avant utilisation.
• Ne doit être utilisé que par du personnel médical expérimenté connaissant les techniques d'aspiration et l'utilisation des appareils d'aspiration. Destiné uniquement à l'aspiration médicale. Attention: Un usage inapproprié peut engendrer des douleurs ou blesser le patient.
• Avant de brancher l'appareil, veuillez contrôler que la tension électrique de l'appareil correspond à la tension électrique appliquée par votre établissement.
• L'appareil ne doit pas être utilisé et doit être récupérer par Proximos dans les cas suivants:
- Lorsque le câble ou la prise électrique sont endommagés
- Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement
- Lorsque l'appareil est endommagé
- Lorsque l'appareil présente des défauts visibles en matières de sécurité
• Le filtre de protection anti-débordement/bactéries protège l'appareil de tout reflux.
Attention: l'aspiration est interrompue lorsque le filtre est humide/mouillé ou obstrué.
• Pendant son utilisation, l'aspirateur doit être en position verticale.
• L'appareil ne doit pas être utilisé pour l'aspiration de liquides explosifs, facilement inflammables ou corrosifs.
• Le tuyau de connexion livré avec l'appareil ne doit jamais entrer directement en contact avec la zone d'aspiration. Il faut toujours utiliser un cathéter d'aspiration stérile (danger d'infection).
• En cas de débordement, vider le bocal, nettoyer l'appareil entièrement et changer le filtre si nécessaire. En cas de problème persistant, contacter Proximos.
• Préserver le câble d'alimentation de toute surface chaude.
• La prise électrique et le commutateur ON/OFF ne doivent pas entrer en contact avec l'humidité.
• La déconnexion de l'appareil du réseau est possible uniquement en débranchant la prise murale.
• Ne jamais retirer la prise électrique en tirant sur le câble d'alimentation!
• Ne jamais faire fonctionner l'appareil dans des pièces à températures élevées, pendant le bain ou sous la douche, en cas de grande fatigue ou dans un environnement comportant des risques d'explosion.
• Ne jamais laisser fonctionner l'appareil sans surveillance.
• Ne jamais placer l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
• Le Basic de Medela est un appareil médical qui exige des mesures de sécurité spécifiques en ce qui concerne la SEM. Il doit être installé et mis en fonction conformément aux informations annexées sur la SEM. Les appareils de communication à RF portables et mobiles peuvent influencer les appareils médicaux.